

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

**Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. pantam**

**Medicīnas gāzu un māsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām**

**Iepirkuma identifikācijas  
Nr. LRS 2017/16**

**NOLIKUMS**

**Liepāja  
2017**

## I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

### 1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Nr. LRS 2017/16

### 2. Pasūtītājs

Nosaukums:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"
Reģistrācijas Nr.:	42103041306
Adrese:	Slimnīcas iela 25, Liepāja. LV-3414
Tālrunis:	63403222
Fakss:	63403202
e-pasts:	birojs@liepajasslimnica.lv
Banka:	AS Swedbank
Kods:	HABALV22
Konts:	LV79HABA0551017064193

### 3. Pretendents

3.1. Pretendents ir likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā Nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

3.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona.

### 4. Līguma izpildes vieta

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, Slimnīcas iela 25, Liepājā, LV-3414

### 5. Nolikuma skaidrojums, informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana.

5.1. Ar nolikumu Pretendenti var iepazīties SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 255.kab., 2.stāvs Slimnīcas ielā 25, Liepājā darba dienās no plkst. 09:00- 16:00 vai Pasūtītāja interneta mājas lapā [www.liepajasslimnica.lv](http://www.liepajasslimnica.lv) sadaļā *Iepirkumi*.

5.2. Informāciju par nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt iesniedzot rakstisku pieprasījumu Pasūtītāja kontaktpersonai, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un Tehnisko specifikāciju.

5.3. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona:

Vārds, uzvārds:	Andris Vistiņš
Amats	Valdes loceklis
Adrese:	Slimnīcas iela 25, Liepāja
Telefons:	63403222
E-pasta adrese:	birojs@liepajasslimnica.lv

5.4. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasī, iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### 6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz **2017.gada 30.oktobra plkst. 13:00** SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” iepirkuma komisijai 255.kabinetā, Slimnīcas ielā 25, Liepājā, darba dienās no plkst.09:00- 16:00. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumus vairs nepieņem un neregistrē.

6.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šī nolikuma 6.1. punktā norādītajam termiņam.

6.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ uz pretendenta norādīto kontaktadresi.

6.4. Saņemtos piedāvājumus Pasūtītājs reģistrē piedāvājumu reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aplokšnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aplokšnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

### 7. Iepirkuma metode

7.1. Iepirkums atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 9. pantam.

### 8. Prasības piedāvājuma noformējumā un iesniegšanā

8.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā. Uz aplokšnes/iepakojuma jānorāda:

8.1.1. adresāta nosaukums un juridiskā adrese: SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” iepirkuma komisijai, Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414;

8.1.2. atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Medicīnas gāzu un mūsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LRS 2017/16);

8.1.3. norāde: „Neatvērt pirms iesniegšanas termiņa beigām”;

- 8.1.4. pretendenta nosaukums un kontaktadrese.
- 8.2. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma norādītajām prasībām un tam jāietver:
- 9.2.1. Pretendenta atlases dokumenti (Nolikuma 16.punkts);
- 9.2.2. Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums, 3.pielikums).
- 8.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā:
- 8.3.1. drukātā formā uz papīra 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā ar norādi uz titullapas „ORIGINĀLS”;
- 8.3.1. elektroniskā versijā uz datu nesēja skanēti atlases dokumenti PDF formātā un Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums PDF formātā un MS Word formātā.
- 8.4. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem jāpievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu.
- 8.5. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām (ar uz auklas mezgla uzlīmētu, pretendenta amatpersonas/-u ar pārstāvības tiesībām vai tās/to pilnvarotās personas parakstītu un apzīmogotu lapu), pirmā lapa – titullapa, otrā - iesniegto dokumentu satura rādītājs.
- 8.6. Ja pretendentu pārstāv pilnvarotā persona, tad piedāvājuma atlases dokumentiem ir jāpievieno arī pilnvaras oriģināls.
- 8.7. Gadījumā, ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga lemt par tā tālāku izskatīšanu.

## II INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

**9. Iepirkuma priekšmets** - Medicīnas gāzu un mūsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde (detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), Finanšu piedāvājumā (3.pielikums) un līguma projektā (4.pielikums).

**10.** Līguma izpildes laikā apkalpojamo iekārtu/sistēmu skaits var tikt samazināts vai palielināts, atbilstoši iestādes budžetā paredzētajam finansējumam un faktiskajai nepieciešamībai.

**11.** Pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma pilnu apjomu (visām iekārtām). Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.

**12.** Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

**13.** Iepirkuma priekšmeta CPV kods: **50400000-9** - Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.

**14.** Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši; līgumsaistību izpildes vieta: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414; paredzamā līgumsumma bez PVN līdz 41 999.99 euro.

**15.** Garantijas nosacījumi – atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un līgumprojekta nosacījumiem.

## III ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN TO IZPILDES PIERĀDĪŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

### 16. Pretendentu atlases dokumenti

16.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:	16.2. Pretendentu atlases dokumenti:
16.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.	16.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši nolikuma 1.pielikumam.
16.1.2 Pretendents var <u>balstīties uz citu uzņēmēju iespējām</u> , ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.	16.2.2. Pēc nepieciešamības: <u>Ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja iespējām</u> Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.
16.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.	16.2.3. Pēc nepieciešamības: Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.
16.1.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 16.1.5.punkts, 16.1.6.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.	

16.1.5. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.	16.2.4. Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
16.1.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.	16.2.5. Reģistrācijas faktu komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā <a href="http://www.ur.gov.lv">www.ur.gov.lv</a> 16.2.6. Apliecinājums, kas iekļauts nolikuma 1.pielikumā (pieteikums dalībai iepirkumā).
16.1.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, t.sk. sertificēti speciālisti, kas ir kompetenti un tiesīgi veikt specifikācijā uzskaitīto sistēmu un iekārtu tehnisko apkalpošanu	16.2.7. Apliecinājums, kas iekļauts nolikuma pielikumā Nr.1 (pieteikums dalībai iepirkumā). 16.2.8. Pretendenta pieejamo speciālistu uzskaitījums - informācija par pakalpojuma nodrošināšanai iesaistītiem speciālistiem * 16.2.9. Sertificēto speciālistu sertifikāti/apliecības (kopijas), kas apliecina viņu spējas nodrošināt minēto sistēmu/iekārtu tehnisko apkalpošanu.

\*Pretendenta pieejamo speciālistu apraksts:

N. p. k.	Sertificētā speciālista vārds uzvārds	Sertifikāta/apliecības Nr. (kopiju pievienot)	Apkalpojamās sistēmas (saskaņā ar specifikācijas 2.7.punktu Nr.1-9.)	Pieredzes apraksts (profesionālās darbības apraksts)
1.				
2.				
3.				
...				

#### **17. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums**

17.1. Tehniskās prasības izvērtēšanai pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr. 2.1. MS Excel) atbilstoši tehniskai specifikācijai (skat.2.pielikums).

17.2. Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) pretendents sagatavo cenu norādot *euro* ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī citām izmaksām, kas attiecas uz Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteikto iepirkuma priekšmetu piegādi, t.sk. gan rezerves daļu, gan apkopes materiālu, gan darba izmaksas.

17.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā versijā uz datu nesēja skanēti dokumenti PDF formātā un MS EXCEL formātā Finanšu piedāvājums un MS Word formātā tehniskais piedāvājums- nedzēšot un/vai nepildinot rindas un kolonas.

#### **IV PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**

**18.** Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasī un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

18.1. Par uzvarētāju iepirkumā iepirkuma komisija atzīts pretendents, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļu.

18.2. Ar uzvarētāju, pamatojoties uz Nolikuma noteikumiem un saskaņā ar līgumprojektu (Nolikuma 4.pielikums) tiks slēgts līgums.

**19.** Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem:

- 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude.
- 2.posms – pretendentu atlase.
- 3.posms – tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.
- 4.posms - piedāvājuma vērtēšana.

**20.** Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasī, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

**21.** Pretendenta pienākums ir iekļaut savā piedāvājumā visu nepieciešamo dokumentāciju, kas apliecina nolikumā izvirzīto prasības izpildi, kā arī precīzi un pilnīgi aizpildīt visu prasīto informāciju tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā.

**22.** Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdodot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

#### **23. Piedāvājumu noformējuma pārbaude (1.posms)**

23.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājuma atbilstību Nolikuma 8.punktā noteiktajām noformējuma prasībām. Piedāvājumi, kuri nav sagatavoti un noformēti atbilstoši prasībām, tiek noraidīti un tālākā vērtēšana nepiedalās.

#### **24. Pretendentu atlase (2.posms)**

24.1. Pretendentu atlases laikā komisija izvērtē pretendenta iesniegtos atlases dokumentus atbilstoši Nolikuma III daļas prasībām.

24.2. Pasūtītājs vērtēšanas procesā ir tiesīgs pieprasīt pretendentiem skaidrojumus, papildus informāciju par iesniegto dokumentu atbilstību izvirzītajām nolikuma 16.punkta prasībām.

24.3. Ja pretendents neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija noraida pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

#### **25. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude (3.posms)**

25.1. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 2.pielikumā "Tehniskās specifikācija" norādītajām prasību līmenim.

25.2. Pasūtītājs vērtēšanas procesā ir tiesīgs pieprasīt pretendentiem skaidrojumus, papildus informāciju par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzītajām nolikuma 17.punkta prasībām.

25.3. Iepirkumu komisija 4.vērtēšanas posmam virza tikai tehniski atbilstošus, Nolikuma tehnisko specifikāciju prasībām, piedāvājumus.

25.4. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajam tehnisko specifikāciju prasību līmenim attiecīgajam piedāvājumam, komisija izslēdz pretendenta piedāvājumu no tālākas dalības iepirkumā.

#### **26. Finanšu piedāvājuma vērtēšana (4.posms):**

26.1. Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos piedāvājumus, kas netiks noraidīti 1., 2. un 3.posmā.

26.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tad komisija veic aritmētiskās kļūdas labošanu un informē par to pretendentu, kam veikta kļūdas labošana.

26.3. Ja vairāku Pretendentu piedāvājumu nosauktās cenas ir vienādās, Iepirkuma komisija pieņem motivētu lēmumu par uzvarētāja noteikšanu.

#### **V LĪGUMA PROJEKTS**

27. Līguma projekts pievienots nolikumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

**Pielikumā:**

1. pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;
2. pielikums: Tehniskā specifikācija;
- 2.1. pielikums: Tehniskais piedāvājums
- 3.pielikums: Finanšu piedāvājums;
- 4.pielikums: Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Edvīns Striks

Komisijas locekļi

Andris Vistiņš

Liene Busele

Vladimirs Ļekarevs

Linda Saltone

Iepirkuma procedūra  
**„Medicīnas gāzu un māsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām”**  
**Identifikācijas Nr. LRS 2017/16**  
**PIETEIKUMS**

**Uzņēmuma nosaukums:** \_\_\_\_\_

**Reģistrācijas Nr. un datums:** \_\_\_\_\_

**Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un datums:** \_\_\_\_\_

**Amatpersona:** \_\_\_\_\_

(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „**Medicīnas gāzu un māsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām**” (iepirkuma identifikācijas Nr. LRS 2017/16), ko rīko Pasūtītājs –sabiedrība ar ierobežotu atbildību “*Liepājas reģionālā slimnīca*”, reģistrācijas Nr. 42103041306, juridiskā adrese Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414.
- piekrīt iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumiem un apņemas tos ievērot;
- apliecina, ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas brīža nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;
- apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;
- apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
- ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemas parakstīt iepirkuma līgumu par cenu, kāda būs iesniegta finanšu piedāvājumā un atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

Pretendents mazā vai vidējā uzņēmuma statusam  atbilst  neatbilst  \*

\*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt  nav paredzēts  Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt  ir paredzēts \*\*

\*\*norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma

Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs	Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam <sup>2</sup>	Veicamo darbu apjoms %	Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN	Veicamo darbu raksturojums

**Ziņas par uzņēmumu**

Adrese: \_\_\_\_\_

Telefons: \_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_

e-pasts informācijas apmaiņai: \_\_\_\_\_

Uzņēmuma bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā, pilnvarotā persona (-as): (amats, vārds, uzvārds, kontaktārunis) \_\_\_\_\_

Līguma parakstīšanai pilnvarotā persona (-as): (amats, vārds, uzvārds, kontaktārunis) \_\_\_\_\_

**Amatpersona:** \_\_\_\_\_

Iepirkuma procedūra

**„Medicīnas gāzu un māsu izsūkumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām”  
Identifikācijas Nr. LRS 2017/16**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Slimnīcā ir jāveic sekojošu medicīnisko inženiersistēmu un iekārtu apkope:

- 1.1. Skābekļa apgādes sistēma;
- 1.2. Saspiestā gaisa sistēma;
- 1.3. Griestu konsoles;
- 1.4. Sienas konsoles;
- 1.5. Māsu izsūkumu sistēma (MIS);
- 1.6. N2O apgādes sistēma;
- 1.7. CO2 apgādes sistēma;
- 1.8. Vakuuma apgādes sistēma;
- 1.9. Medicīnisko gāzu cauruļvadu tīkls, t.sk. gāzu kontroles un trauksmes paneli un Zemgīdas moduļi

2. Noteikumi Izpildītājam:

2.1. Izpildītājam jāveic visu sistēmu apkalpošana un esošā stāvokļa ikmēneša fiksācija ar aktu, ko paraksta abas līguma slēdzēju puses.

2.2. Izpildītāja pienākumos ietilpst iekārtu, palīgieiřču vai to daļu remonts vai nomaiņa attiecīgajā sistēmā, kā arī marķējumu nomaiņa un verifikācija. Atbilstoši veiktajām izmaiņām ēkas sistēmās arī ekspluatācijas dokumentācijā jāveic attiecīgas izmaiņas, saskaņojot tās ar konkrētās sistēmas projekta autoru.

2.3. Tā rīcībā jābūt visu minēto sistēmu nepārtrauktas darbības un pašreizējā reglamenta nodrošināšanai nepieciešamajiem materiālajiem resursiem, kā arī atbilstošiem kvalificētiem speciālistiem.

2.4. Avāriju vai citu draudošu vai iespējami bīstamu situāciju gadījumos, pēc slimnīcas atbildīgā darbinieka izsaukuma Izpildītājam jānodrošina speciālists (kopā ar nepieciešamiem materiāliem resursiem) nekavējoša ierašanās objektā Liepājā, slimnīcas ielā 25 un saskaņā ar (p.2.8.) jāveic tūlītēja avārijas seku vai draudošu situāciju novēršana un sistēmu nepārtrauktas un drošas darbības atjaunošana.

2.5. Izpildītājam jānodrošina nepārtraukts diennakts kontakts: piedāvājumā jānorāda vismaz 2 atbildīgu pilnvarotu amatpersonu vārdi, uzvārdi, darba un mobilo tālruņu numuri un sekretāres/a vārds, uzvārds, darba tālruņa, mobilā tālruņa un faksa numurs.

2.6. Izpildītājam par katras sistēmas darbības kontroli jānorīko sertificēti atbildīgie speciālisti, piedāvājumā norādot, viņu vārdus, uzvārdus, darba un mobilo tālruņu numurus un saraksta veidā jāpievieno kā tā pielikums.

2.7. Izpildītājam jāreaģē un jāveic nepieciešamie darbi avārijas vai citu negadījumu likvidācijai sekojošos, laika termiņos no izsaukuma saņemšanas brīža: Darba laikā (darba dienās no 8:00-17:00) – 30 minūšu laikā, ārpus darba laika – 60 minūšu

2.8. Izpildītāja speciālistiem avārijas situācijā pēc atbildīgo darbinieku lūguma (rakstiska, telefoniska vai mutiska) jāierodas, bez papildus atlīdzības, apkalpojamajā objektā Liepājā, slimnīcas ielā 25

2.9. Izpildītājam ir jāiekārto un jāuztur nepieciešamie sistēmu apkopju reģistrācijas žurnāli saskaņā ar LR esošo likumdošanu, vai kurus pieprasa pasūtītājs.

2.10. Visu nepieciešamo nomaināmo detaļu, rezerves daļu un/ vai mezglu rezervi nodrošina Izpildītājs.

2.11. Uzskaites iekārtu un mērinstrumentu verificēšanas veikšanu, kā arī visu sistēmu apkopi un remontu nodrošina Izpildītājs.

2.12. Punktā Nr. 3. minētais profilaktiskās apkopes materiāls un visas līguma darbības laikā nepieciešamās rezerves daļas sistēmu nepārtrauktas funkcionēšanas nodrošināšanai jāiekļauj kopējā piedāvājuma cenā.

3. Sistēmu profilaktiskās apkalpošanas ietvaros veicamie darbi:

3.1 Skābekļa apgādes sistēmas iekārtas

Skābekļa apgādes sistēmu apkalpošanas darbu apjoms, tai skaitā:

Skābekļa apgādes sistēma profilaktiskās apkopes ietvaros veicamie darbi	Reizes gadā
<b>Skābekļa ražošanas iekārta (komplekts)</b>	
- Visu parametru nolasišana, salīdzināšana un reģistrēšana	365
- mēneša parametru nolasišana un salīdzināšana	12
- jāveic <i>iekārtu</i> periodiskā pārbaude; - jāveic funkcionalitātes un opciju drošības pārbaude; - jāveic nepieciešamā regulēšana un korigēšana;	4

- jāveic pārbaude tām funkcijām, kas saistītas ar pacientu un personāla drošību; - tehniskās apkopes darbi atbilstoši ražotāja instrukcijai (piedāvājumā jāiekļauj visi apkopes materiāli)	
- jāveic skābekļa koncentratora sekojošu apkopes detaļu nomaiņa: priekšfiltri, aktīvās ogles filtrs, baktericīdais skābekļa filtrs, (piedāvājumā jāiekļauj visi apkopes materiāli)	1
- sistēmas darbības pārbaudes (atsl./iesl.)	12
Papildus darbi, kuri veicami 6 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums: - Skābekļa koncentratoru korpusa spiediena pārbaude un visu blīvējošo detaļu nomaiņa. (piedāvājumā jāiekļauj visi nepieciešamie materiāli) - Skābekļa koncentratorā esošās aktīvās vielas ZEOLITA nomaiņa (abiem koncentratoriem )	1
<b>Kompresors (2gab.)</b>	
- tehniskās apkopes darbi atbilstoši ražotāja instrukcijai (piedāvājumā jāiekļauj visi apkopes materiāli)	
- jāveic eļļas līmeņa pārbaude un nomaiņa;	1 vai ražotāja noteiktajā intervālā
- sistēmas darbības pārbaudes (atsl./iesl.)	12
- jāveic skrūves tipa kompresora sekojošu apkopes detaļu nomaiņa: separatora filtrs, eļļas filtrs, gaisa filtrs, vārstu komplekts, paneļu filtri.	1 vai ražotāja noteiktajā intervālā
Papildus darbi, kuri veicami 6 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums: - Elektrisko kontaktoru nomaiņa (abiem kompresoriem )	
<b>Saspiestā gaisa žāvētājs (2gab)</b>	
- pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai (piedāvājumā jāiekļauj visi apkopes materiāli)	4
- programmas parametru maiņa	Pēc vajadzības/ pasūtītāja pieprasījuma
- funkcionalitāte	12
Papildus darbi, kuri veicami 3 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums: - žāvētāju kapitālais remonts, ieskaitot freona kompresora un iztvaikotāja nomaiņa (abiem žāvētājiem)	
<b>Elektriskā daļa</b>	
Kontaktori, drošinātāji, releji, slēdži, automāti.	
a) pārbaude un apkope	
- fiziskais stāvoklis	4
- pieslēgumi un saspraužamie savienojumi	4
- elektrisko komponentu vizuāla pārbaude	4
- kontaktoru un noplūdes iekārtas pārbaude	12
b) tīrīšana	4
<b>UPS iekārta</b>	
a) pārbaude un apkope	
- fiziskais stāvoklis	4
- pieslēgumi un saspraužamie savienojumi	4
- elektrisko komponentu vizuāla pārbaude	4



<b>Skābekļa koncentrācijas sensori (3gb.)</b>	
a) pārbaude un apkope	
- fiziskais stāvoklis	12
- pieslēgumi un saspraužamie savienojumi	12
- esošās vērtības - iestādījumi	12
b) tīrīšana (ja nepieciešams normālai funkcionēšanai)	12
c) Sensora kalibrēšana izgatavotāja ražotnē (sensors uz laiku jāaizstāj ar citu, lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību).	
<b>Saražotā skābekļa skaitītājs</b>	
a) pārbaude un apkope	
- fiziskais stāvoklis	12
- pieslēgumi un saspraužamie savienojumi	12
- esošās vērtības - iestādījumi	12
b) Sensora kalibrēšana izgatavotāja ražotnē (sensors uz laiku jāaizstāj ar citu, lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību).	1
<b>Saspiestā gaisa resīveri (2gab)</b>	
a) pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai (piedāvājumā jāiekļauj visi apkopes materiāli)	4
- kondensāta nolaidēju programmas parametru maiņa	Pēc vajadzības
- funkcionalitāte	12
<b>Filtri (8gab)</b>	
- a) pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai (piedāvājumā jāiekļauj visi apkopes materiāli)	12
<b>Reduktori (2gab)</b>	
a) pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai	12
Papildus darbi, kuri veicami 3 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums:	
- Spiediena reduktoru nomaiņa (2 gab)	
<b>Skābekļa sistēmas augstspiediena daļa ("backup" sistēma)</b>	
Visu parametru nolasišana, salīdzināšana un reģistrēšana	365
- a) reduktoru un mērierīču pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai (piedāvājumā iekļauti visi apkopes materiāli)	12
b) Lokano augstspiediena savienojumu pārbaude	12

### 3.2 Saspiestā gaisa apgādes sistēma

#### Saspiestā gaisa sistēmas apkalpošana

Saspiestā gaisa apgādes sistēma reglamentētās apkopes ietvaros veicamie darbi	Reizes gadā
- Visu parametru nolasišana, salīdzināšana un reģistrēšana	365
- Kompresors (2gab.)	
- tehniskās apkopes darbi atbilstoši ražotāja instrukcijai (piedāvājumā iekļauti visi apkopes materiāli)	2
- sistēmas darbības pārbaudes (atsl./iesl.)	12
- Papildus darbi, kuri veicami 3 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums: Elektrisko kontaktoru nomaiņa (abiem kompresoriem )	
<b>Saspiestā gaisa žvētājs (2gab)</b>	
- pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai (iekļauti visi apkopes materiāli)	2
- programmas parametru maiņa	Pēc vajadzības
funkcionalitāte	12
<b>Elektriskā daļa</b>	
Kontaktori, drošinātāji, releji, slēdži, automāti.	
a) pārbaude un apkope	
- fiziskais stāvoklis	2

- pieslēgumi un saspraužamie savienojumi	2
- elektrisko komponentu vizuāla pārbaude	2
- kontaktoru un noplūdes iekārtas pārbaude	12
b) tīrīšana (ja nepieciešams normālai funkcionēšanai)	2
Papildus darbi, kuri veicami 3 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums:	
- žāvētāju kapitālais remonts, ieskaitot freona kompresora un iztvaikotāja nomaiņu (abiem žāvētājiem)	
<b>Mitruma kontroles sensors</b>	
a) pārbaude un apkope	
- fiziskais stāvoklis	12
- pieslēgumi un saspraužamie savienojumi	12
- <i>esošās vērtības - iestādījumi</i>	12
b) tīrīšana (ja nepieciešams normālai funkcionēšanai)	12
c) Sensora kalibrēšana izgatavotāja ražotnē (sensors uz laiku jāaizstāj ar citu, lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību).	1
<b>Saspiestā gaisa resiveri (2gab)</b>	
a) pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai	2
- programmas parametru maiņa	Pēc vajadzības
- funkcionalitāte	12
- Kondensāta izlaišanas iekārtu apkope	4
<b>Filtri (8gab)</b>	
a) pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai. (piedāvājumā iekļauti visi apkopes materiāli)	1 vai ražotāja noteiktajā intervālā
<b>Reduktori (3gab)</b>	
a) pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai	12
Ātrā savienojuma rozete - saspiestam gaisam (3 gab)	
a) pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai	12

### 3.3 Griestu konsoles (OPERA GK-2, GK-2, IS500/1, IS500/2, IS500/3, U-CARE/1):

Izpildītājs veic griestu konsoļu tehnisko un profilaktisko apkopi, uzraudzību, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar ražotāja izstrādātām rokasgrāmatām un instrukcijām visa apkalpošanas līguma perioda laikā.

Veic iekārtas vizuālo pārbaudi, medicīnisko gāzu ligzdu apkopi, iebūvēto gaismu apkopi un/vai citu detaļu nomaiņu saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem, rokasgrāmatām vai instrukcijām. Visas izmaksas kas saistītās ar iekārtas remontu, rezerves daļu piegādi un profilaktisko apkopi ir jāiekļauj piedāvājumā.

Darbi, kuri veicami 6 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums:

- Griestu konsoļu stiprinājumu pārbaude un korekcija, ja nepieciešams,
- Visu blīvju, kuras atrodas gāzu ligzdās, nomaiņa.

### 3.4 Sienas konsoles (Trilux BS 600, Trilux VS300 1-1, Mediva, Multidys):

Izpildītājs veic sienas konsoles tehnisko un profilaktisko apkopi, uzraudzību, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar ražotāja izstrādātām rokasgrāmatām un instrukcijām visa apkalpošanas līguma perioda laikā.

Veic iekārtas vizuālo pārbaudi, medicīnisko gāzu ligzdu apkopi, iebūvēto gaismu apkopi un/vai citu detaļu nomaiņu saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem, rokasgrāmatām vai instrukcijām. Visas izmaksas kas saistītās ar iekārtas remontu profilaktisko apkopi ir jāiekļauj piedāvājumā.

Darbi, kuri veicami 6 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums:

- Sienas konsoļu stiprinājumu pārbaude un korekcija, ja nepieciešams;
- Visu blīvju, kuras atrodas gāzu ligzdās, nomaiņa;

### 3.5. N2O sistēma

N2O apgādes sistēmas iekārtu apkalpošana;

N2O CENTRĀLE	
	Reizes gadā
Visu parametru nolasišana, salīdzināšana un	365

reģistrēšana	
fiziskais stāvoklis	12
pieslēgumi un savienojumi	12
funkcionalitāte	12
manometru verifikācija	1
manometru iestādījumi un pozīcija	12
tīrīšana (ja nepieciešams normālai funkcionēšanai)	12
Papildus darbi, kuri veicami 3 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums: Lokano augstspiediena cauruļu nomaiņa (2 gab)	1

### 3.6. CO2 sistēma

CO2 apgādes sistēmas iekārtu apkalpošana;

CO2 CENTRĀLE	
	Reizes gadā
Visu parametru nolasīšana, salīdzināšana un reģistrēšana	365
fiziskais stāvoklis	12
pieslēgumi un savienojumi	12
funkcionalitāte	12
manometru verifikācija	1
manometru iestādījumi un pozīcija	12
tīrīšana (ja nepieciešams normālai funkcionēšanai)	12
Papildus darbi, kuri veicami 3 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums: Lokano augstspiediena cauruļu nomaiņa (2 gab)	1

### 3.7 Vakuuma sistēma

Vakuuma sistēmas apkalpošana

Vakuuma apgādes sistēma reglamentētās apkopes ietvaros veicamie darbi	Reizes gadā
Visu parametru nolasīšana, salīdzināšana un reģistrēšana	365
<b>Vakuuma sūknis (2gab.)</b>	
tehniskās apkopes darbi atbilstoši ražotāja instrukcijai (iekļauti visi apkopes materiāli)	2
sistēmas darbības pārbaudes (atsl./iesl.)	12
<b>Elektriskā daļa</b>	
Kontaktori, drošinātāji, releji, slēdži, automāti.	
pārbaude un apkope	
fiziskais stāvoklis	2
pieslēgumi un saspraužamie savienojumi	2
elektrisko komponentu vizuāla pārbaude	2
kontaktoru un noplūdes iekārtas pārbaude	12
b) tīrīšana (ja nepieciešams normālai funkcionēšanai)	2
<b>Mitruma savākšanas trauki</b>	
pārbaude un apkope	
fiziskais stāvoklis	12
tīrīšana (ja nepieciešams normālai funkcionēšanai)	12
<b>Vakuuma resīveri (2gab)</b>	
pārbaude un apkope atbilstoši ražotāja instrukcijai	2
funkcionalitāte	12
<b>Filtri (2gab)</b>	
pārbaude, apkope vai nomaiņa atbilstoši	Pēc vajadzības

ražotāja instrukcijai	
Papildus darbi, kuri veicami 3 mēnešu laikā, no brīža, kad tiek noslēgts līgums: Elektrisko kontaktoru nomaiņa vadības panelī	

### 3.8 Māsu izsaukuma sistēma (MIS)

MIS sistēmas apkopes un tehniskais atbalsts sevī iekļauj:

- Nepieciešamo speciālistu pieejamību 24 stundas diennaktī;
- Garantēto reakcijas laiku – ne vēlāk kā 30 minūtes darba laikā un 1 (vienas) stundu laikā ārpus darba laika no pieteikuma reģistrācijas;
- Iekārtu attālinātu diagnostiku;
- Bojātās iekārtas remontu vai nomaiņu Pasūtītāja telpās 2 (divu) stundu laikā no brīža, kad konstatēts iekārtas bojājums.
- Programmatūras labojumu un atjauninājumu piegādi un uzstādīšanu;
- Nepieciešamo konsultāciju sniegšanu klientam, saistībā ar iekārtu ekspluatāciju un konfigurēšanu;
- Komunikācijas nodrošināšanu ar ražotāju, risinot ar Pasūtītāja iekārtām saistītās problēmas;

#### Iekārtu rezerve (piegādā un apmaksā Izpildītājs).

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā, no brīža kad ir noslēgts līgums, piegādāt Pasūtītājam iekārtu rezervi, kas sastāv no šādām iekārtām:

- Pacienta pulsts BT-B, 5gab.;
- Pacienta pulsts PAT, 5gab.;
- Pacienta pulsts Pat-L, 5gab.;
- Savienojuma moduli SM-B, 5gab.;
- Savienojuma moduli SMU-B, 5gab.;
- Savienojuma moduli SM, 5gab.;
- Komunikāciju termināli KMT, 2gab.;
- Komutators SWI9R-2IO, 2gab.;
- Izsaukuma poga, RAT-IO, 5gab.;
- Izsaukuma poga, ZT-IO, 5gab.;
- Izsaukuma lampa LM, 5gab.;
- Relejs SSR-IO 5gab.;
- Barošanas bloks ETOP120, 2gab.

### 3.9 Medicīnisko gāzu cauruļvadu tīkls

#### 3.9.1. Vara cauruļvadu tīkls.

Izpildītājs veic visu medicīnisko gāzu sistēmu iekārtu, cauruļu trašu un savienojumu tehnisko un profilaktisko apkopi, uzraudzību, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar ražotāja izstrādātām rokasgrāmatām un instruktāžām visa apkalpošanas līguma perioda laikā.

Veic kontroles un uzskaites aparātu vizuālo pārbaudi, verifikāciju un/vai citu detaļu nomaiņu saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem, rokasgrāmatām vai instruktāžām.

#### 3.9.2. Zemgrīdas modulis TMT

Izpildītājs veic iekārtu tehnisko un profilaktisko apkopi, uzraudzību, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar ražotāja izstrādātām rokasgrāmatām un instruktāžām visa apkalpošanas līguma perioda laikā.

Veic iekārtas vizuālo pārbaudi, medicīnisko gāzu, elektrības un zemējuma līgzdu apkopi, vadības bloka un pneimatiskās sistēmas darbības pārbaudi, apkopi un tīrīšanu, ja tas ir nepieciešams, saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem, rokasgrāmatām vai instruktāžām. Visas izmaksas kas saistītās ar iekārtas profilaktisko apkopi ir jāiekļauj piedāvājumā.

#### 3.9.3. Gāzu kontroles un trauksmes paneli

Izpildītājs veic iekārtu tehnisko un profilaktisko apkopi, uzraudzību, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar ražotāja izstrādātām rokasgrāmatām un instruktāžām visa apkalpošanas līguma perioda laikā

**3.pielikums**

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”  
Iepirkuma Nr.LRS 2017/16 nolikumam

Iepirkuma procedūra

**„Medicīnas gāzu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām”  
Identifikācijas Nr. LRS 2017/16**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS – PIELIKUMS MS EXCEL IZKLĀJLAPĀ**

**Līguma projekts**  
**Medicīnas gāzu un māsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām**

**Pasūtītāja līguma Nr. 2017/\_\_\_\_**  
**Izpildītāja līguma Nr. \_\_\_\_\_**

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam  
Iepirkuma identifikācijas Nr. LRS 2017/16

Liepājā,

2017.gada \_\_\_\_.

**SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”** tās (*parakstiesīgās personas vārds, uzvārds*) personā, kuri darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk šajā Līgumā saukts „Pasūtītājs”, un (*Piegādātāja nosaukums*), tās (*parakstiesīgās personas vārds, uzvārds*) personā, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_, turpmāk šajā Līgumā saukts „Izpildītājs”, no otras puses, kopā saukti „Puses”, noslēdz šādu līgumu:

**1.Līguma priekšmets**

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem veikt Līguma 2.pielikumā „Tehniskais – finanšu piedāvājums” norādītos darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju:
  - 1.1.1. Medicīnas gāzes un māsu izsaukumu sistēmu un iekārtu tehnisko apkalpošanu – saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskais piedāvājums”, (turpmāk – „Pakalpojums”)
  - 1.1.2. Nepieciešamo rezerves daļu (turpmāk – „Prece”) piegādi saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, iekārtu tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām un šajā līgumā paredzētajā kārtībā un apjomos,
- 1.2. Pakalpojuma specifikācija noteikta šī līguma 1.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” un atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā ar ID nr. LRS 2017/\_\_\_\_.
- 1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Izpildītāja kvalitatīvi veiktajiem darbiem šajā līgumā paredzētajos apjomos un kārtībā.

**2. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA**

- 2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – „PVN”) tiek noteikta EUR \_\_\_\_ (*summa vārdiem*). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR \_\_\_\_ (*summa vārdiem*), t.sk. PVN EUR \_\_\_\_ (*summa vārdiem*).
- 2.2. Pakalpojumu cenas noteiktas Līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” atbilstoši iepirkumā (identifikācijas numurs Nr. LRS 2017/\_\_) iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam.
- 2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 1/12 no līguma 2.1.punktā minētās summas, kas ir samaksa par mēnesī veikto darbu (iekārtu tehnisko apkopi, iekārtu rezerves daļu piegādi un uzstādīšanu, kā arī avārijas gadījumu apkalpošanu) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kas tiek nosūtīts uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [birojs@liepajasslimnica.lv](mailto:birojs@liepajasslimnica.lv) līdz katra mēneša 10.datumam, pamatojoties uz Pušu savstarpēji parakstītu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 2.4. Ja pasūtītājs konstatē nepilnības, trūkumus vai kādus citus defektus Izpildītāja darbā, Pasūtītājs pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta tikai pēc Izpildītāja darbu trūkumu, nepilnību vai kādu citu defektu novēršanas un Izpildītāja izsniegto rēķinu apstiprina tāda gadījumā, ja tajā norādītais apjoms atbilst Līguma nosacījumiem.
- 2.5. Izpildītājs visu darbu nepieciešamību saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc darbu saskaņošanas, Izpildītājs ir tiesīgs veikt šo darbu izpildi un izsniegt Pasūtītājam rēķinu par darbu veikšanu.
- 2.6. Pasūtītājs maksājumu veic *euro* bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu bankā.
- 2.7. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu.
- 2.8. Par katru nokavēto pakalpojuma sniegšanas, remonta izpildes vai sistēmas/iekārtas darbības atjaunošanu darba režīmā (3.1.7., 3.1.8.3.punkts) Izpildītājs maksā soda naudu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma stundu.
- 2.9. Par katru nokavēto samaksas dienu, ja kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā soda naudu 0,05% apmērā dienā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

### 3. Pušu pienākumi un tiesības

- 3.1. Izpildītājs apņemas:
- 3.1.1. nodrošināt Pakalpojumu atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām;
  - 3.1.2. nodrošināt iekārtu/sistēmu pilnvērtīgu un nepārtrauktu funkcionēšanu, veicot regulāros un plānveida apkopes darbus saskaņā ar iekārtu/sistēmu tehnisko dokumentāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu;
  - 3.1.3. norīkot atbilstoši kvalificētus sertificētus tehniskās apkopes speciālistus darbu izpildei, iepriekš saskaņojot darbu izpildes laiku ar Pasūtītāju;
  - 3.1.4. ievērot un uzņemties atbildību par drošības tehnikas, ugunsdrošības prasību, elektroiekārtu ekspluatācijas un citu normatīvo aktu ievērošanu;
  - 3.1.5. nodrošināt darbu kvalitatīvu izpildi un sniegt kvalitatīvu konsultāciju par iekārtu un sistēmu ekspluatāciju;
  - 3.1.6. pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, Izpildītājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nodrošina regulāru Līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu un izvešanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties Līguma izpildes rezultātā;
  - 3.1.7. ģpašas nepieciešamības (avārijas) gadījumā ierasties pie Pasūtītāja 3 (trīs) stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas;
  - 3.1.8. Izpildītājs apņemas nodrošināt nepārtrauktu skābekļa, ar koncentrāciju ne mazāku kā 94%, padevi Pasūtītāja vajadzībām, Slimnīcas ielā 25, Liepājā. Avārijas (skābekļa ražošanas iekārtu izslēgšanās jebkādu iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad iekārta atslēdzas slimnīcas elektroenerģijas tīkla svārstību dēļ, kā arī iestājušies nepārvaramās varas apstākļi) gadījumā nodrošināt:
    - 3.1.8.1. nekavējošu automatisku pārslēgšanos no ražošanas sistēmas uz balonu rezervi, nodrošinot konstantu skābekļa padevi ar 5 Bar spiedienu neatkarīgi no skābekļa daudzuma patēriņa slimnīcā;
    - 3.1.8.2. īsziņas (sms) nosūtīšanu uz telefona Nr. +371 29624072 par iekārtas atslēgšanos un/vai skābekļa tīrības pakāpes samazināšanos mazāk par 94 %;
    - 3.1.8.3. skābekļa ražošanas iekārtu darbības atjaunošanu darba režīmā 24 h laikā, no izpildītāja speciālista ierašanās brīža, ja pasūtītājs ir apstiprinājis nepieciešamo rezerves daļu izmaksas un pilnībā veicis visas Izpildītāja iepriekš norādītās apkopes.
  - 3.1.9. Skābekļa rezerves balonu nomaiņas gadījumā, Izpildītājs nodrošina balonu saišķu pieslēgšanu. Ja skābekļu ražošanas iekārtas darbība netiek atjaunota 3.1.8.3. punktā minētā termiņā visas izmaksas par skābekļa balona uzpildi sedz Izpildītājs.
  - 3.1.10. Nodrošināt Pasūtītāju ar 2 pilnībā uzpildītiem medicīniskā skābekļa balonu saišķiem (12 x 50L), skābekļa rezerves sistēmas pieslēgšanai.
  - 3.1.11. Izpildītājs ir atbildīgs par tā darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.
  - 3.1.12. nodrošināt remontdarbu, kā arī ekspluatācijas laikā konstatēto trūkumu vai bojājumu pieteikšanu Izpildītāja atbildīgajai personai

Amats:	
Vārds, uzvārds:	
Tālrunis:	
Fakss:	
e-pasts:	

- 3.2. Pasūtītājs apņemas:
- 3.2.1. ievērot tehniskās ekspluatācijas noteikumus;
  - 3.2.2. nodrošināt Izpildītāja speciālistiem labus darba apstākļus, pieeju nepieciešamajām telpām darbu veikšanai;
  - 3.2.3. pilnvarot iekārtu apkopes un remontu pieteikšanu Izpildītājam

Amats:	
Vārds, uzvārds:	
Tālrunis:	
Fakss:	
e-pasts:	

- 3.3. nodrošināt pasūtījuma apmaksu, saskaņā ar Līguma 2.punktu un tā apakšpunktiem.

### 4. NEPĀRVARAMA VARA

4.1. Līguma neizpilde nepārvaramas varas apstākļu iespaidā tiek uzskatīta par pamatotu attaisnojumu, ja Puses ir mēģinājušas izvairīties no šādiem apstākļiem un izlabot kaitējumu, un ja ir veikušas visus iespējamus pasākumus Līgumā noteikto saistību izpildei.

4.2. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts negaidīts notikums vai apstākļi, kuru Puses nevar kontrolēt (dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, karš, streiks, lokauts, masu nemieri, okupācija, grozījumi normatīvajos aktos, kuru

rezultātā Līguma izpilde kļūst neiespējama). Pušu pienākums ir turpināt ar Līgumu nolīgto saistību izpildi tūlīt pēc šķēršļu novēršanas, izņemot gadījumus, kad nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi vai, ja Līguma izpilde pēc kāda konkrēta notikuma vai kāda apstākļa dēļ ir objektīvi nepraktiska vai radītu nesaprātīgus izdevumus vai kaitējumu kādai no Pusēm. Izpildes kavējums uz nepārvaramas varas apstākļu laiku tiek uzskatīts par pamatotu iemeslu Līgumā noteikto saistību nepienācīgai izpildei, un par to netiek piemērota nekāda Līgumā vai spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēta atbildība.

4.3. Pēc otras Puses pieprasījuma, Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļi vai notikumu, ir jāpierāda minētais apstākļi vai notikums. Ja attiecīgā Puse to neizdara pēc otras Puses pieprasījuma, tiek uzskatīts, ka nepārvaramas varas notikums vai apstākļi nav bijis.

## 5. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI

5.1. Šis Pakalpojuma Līgums tiek noslēgts uz 12 mēnešiem un ir spēkā līdz abu PUŠU saistību izpildei.

5.2. Līgums var tikt izbeigts ar:

5.2.1. Pušu savstarpēju vienošanos;

5.2.2. Pušu likvidāciju vai reorganizāciju;

5.3. Pārtraucot Līgumu vienpusēji, līguma laužējam rakstiski jābrīdina otru līgumslēdzēja Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus, t.sk. sniedz nekvalitatīvu pakalpojumu, piegādā nekvalitatīvas, Konkursa Tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošas rezerves daļas, brīdinot Izpildītāju vismaz 1 nedēļu iepriekš.

## 6. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

6.1. Puses apņemas saglabāt Līgumā ietverto informāciju, nosacījumus, kā arī Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju, kā konfidenciālu un neizpaust to trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normām vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu.

6.2. Visi šī Līguma grozījumi, izmaiņas, papildinājumi, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti.

6.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

6.4. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie tiešie zaudējumi.

6.5. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.

6.6. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepadara vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti tiesās, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz \_\_\_( ) lappusēm, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6.8. Katram Līguma eksemplāram pievienots Pielikums Nr.1. un Pielikums Nr.2.

6.9. Pielikumi:

**1.pielikums** – Tehniskais piedāvājums;

**2.pielikums** - Finanšu piedāvājums.

<p>SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414 Nodokļu maksātāja kods: 42103041306 Tālrunis: 63403222 Fakss: 63403202 e-pasts: <a href="mailto:birojs@liepajasslimnica.lv">birojs@liepajasslimnica.lv</a></p> <p>Bankas nosaukums: AS Swedbank Bankas kods: HABALV22 Norēķinu konts: LV79HABA0551017064193</p> <p>_____</p> <p><b>Parakstiesīgā amatpersona</b> (Vārds, uzvārds, amats)</p>	<p>Nosaukums: Adrese: Tālrunis: Nodokļu maksātāja kods: Bankas nosaukums: Bankas kods: Norēķinu konts:</p> <p>_____</p> <p><b>Parakstiesīgā amatpersona</b> (Vārds, uzvārds, amats)</p>
---	---



