

**„Dezinfekcijas līdzekļu piegāde
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām”,
Identifikācijas Nr. LRS 2017/14
Iepirkuma pretendentiem**

Jautājumi, atbildes un skaidrojumi

1.jautājums

15. pozīcija Dezinfekcijas līdzeklis atkārtotai manuālai medicīnisko instrumentu dezinfekcijai pie Iepakojuma norādīts “kanna 5000-6000 ml ar skrūvējamu korķi un dozēšanas pumpi (pēc nepieciešamības) vai spainis 5-6kg ar dozēšanas mērkausu un kannas atvēršanas palīg līdzeklis.”

Vai tiks izskatīts piedāvājums iepakojumam 8 kg spainis, ja tiek nodrošināts atbilstošs mērtrauks?

Atbilde 1.jautājums

Iepakojums 8 kg spainis tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām

2.jautājums

16. pozīcija Augsta līmeņa dezinfekcijas līdzeklis atkārtotai manuālai medicīnisko instrumentu dezinfekcijai

pie Iepakojuma norādīts “kanna 5000-6000 ml ar skrūvējamu korķi un dozēšanas pumpi (pēc nepieciešamības) vai spainis 5-6kg ar dozēšanas mērkausu un kannas atvēršanas palīg līdzeklis.”

Vai tiks izskatīts piedāvājums iepakojumam 8 kg spainis, ja tiek nodrošināts atbilstošs mērtrauks?

Atbilde 2.jautājums

Pie īpašībām norādīts “...Savietojamība ar detergentu, speciāli endoskopisko ierīču apstrādei, atļauts Olympus lokano endoskopu apstrādei...”

Vai ar “detergentu” ir domāts 17. pozīcijā prasītais – Instrumentu mazgājošais līdzeklis (detergents)?

Iepakojums 8 kg spainis tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām. Instrumentu mazgājošais līdzeklis (detergents) ir 17. pozīcijā prasītais – Instrumentu mazgājošais līdzeklis (detergents).

3.jautājums

18. pozīcija Instrumentu pirmsapstrādes putas

Pie īpašībām norādīts “...Medicīnisko instrumentus pēc lietošanas drīkst turēt šķīdumā līdz 72”

Ja instrumenti tiks apstrādāti ar putām, kādā šķīdumā tos papildus ir paredzēts turēt?

Vai drīkst piedāvāt putām alternatīvu variantu instrumentu priekšapstrādei ar dezinficējošu iedarbību?

Atbilde 3.jautājums

Šķīdums, kurā drīkst turēt instrumentus līdz 72 h pēc lietošanas, ir 18.pozīcijā Instrumentu pirmsapstrādei paredzētas putas.

(putas veido šķīdumu, kurā instrumenti drīkst atrasties līdz 72 h)

NĒ. Jāpiedāvā Instrumentu pirmsapstrādei paredzētas putas.

4.jautājums

20. pozīcija Instrumentus atjaunojošs līdzeklis

Lūdzu precizēt apstrāde tiks veikta imersijas vai ultraskaņas vanniņā? Jautājam, jo abos gadījumos ir atšķirīga darba šķīduma koncentrācija, līdz ar to arī lietošanai gatavā darba šķīduma 1 litra cena.

Atbilde 5.jautājums

Instrumentu apstrāde ar instrumentus atjaunojošo līdzekli tiek veikta imersijas vanniņā.