

**Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums**  
**Medicīnas metāla konstrukciju un ierīču piegāde SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" traumatoloģijas - ortopēdijas operācijām, id. Nr. LRS 2017/13**

PRETENDENTS:

15. daļa

Speciālie instrumenti gūžas un muguras operācijām

| Pozicijas Nr.                | Preces nosukums        | Prasība  | Izmērs  | Mērvienība | Plānotais daudzums 3.gadiem | Pretendenta piedāvājums/a tbilstība | Preču ražotāja kods | Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Summa par plānoto daudzumu 3 gadiem EUR bez PVN |
|------------------------------|------------------------|--|---|------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1.                           | Adatturi               | Indikācijas: MAYO-HEGAR tipa, darba virsmas pārklājums ar volframa-karbidu.  | Garums 185 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: DUROGRIP tipa, robustu darba virsmu ar volframa-karbidu pārklājumu, paredzēts krūšu kaula šuvju uzlikšanai. Garums 175MM.                   | Garums 175 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: BERRY tipa, paredzēts, sternalām adatām, volframa karbida pārklājums. Garums 185MM.   | Garums 185 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 2.                           | Āķi                    | Indikācijas: Nervu saknišu retraktors  | Darba virsmas platums 4 mm, instrumenta garums 240 mm.  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Darba virsmas platums 6 mm, instrumenta garums 240 mm.  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: Retraktors LANE tipa  | 13mm x 19mm   | gab.       | 2                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 3.                           | Āķis vēnu ekstrakcijai | Indikācijas: VARADY tipa, abpusēju darba virsmu.   | Garums 170 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: mini VARADY tipa, abpusēju darba virsmu.  | Garums 170 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 4.                           | Instruments            | Indikācijas: Instruments paredzēts lāpstīņu (ar bumbveida galu) nomaīņai   |   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 5.                           | Kaulu kņaiķles         | Indikācijas: STILLE-RUSKIN tipa  | Garums 240 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 6.                           | Atsūkšanas kanula      | Indikācijas: ADSON tipa.   | Diametrs 3mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: LEMPERT tipa  | Diametrs 3mm  | gab.       | 2                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: FERGUSSON tipa, darba virsma L veida  | Diametrs 1.5mm, garums 130mm, instrumenta garums 215mm. | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Diametrs 2.5mm, garums 130mm, instrumenta garums 215mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 7.                           | Kņaiķles               | Indikācijas: Stieplu kņaiķles HARVEY tipa, darba virsma ar volframa-karbidu pārklājumu, paredzētas diam.   | Diametrs 2.2 mm, garums 235mm                           | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Diametrs 3.0 mm, garums 235mm                           | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: Kaulu kņaiķles ROETTGEN-RUSKIN tipa   | Garums 240 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: Kaulu kņaiķles KERRISON tipa 1300° atvērums uz augšu, darba virsma ar oglekļa pārklājumu. Rokturis ergonomisks ar pirkstu balstu un atsperi | Kņiebšanas virsmas platums 1.5mm, garums 180mm          | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Kņiebšanas virsmas platums 2.0mm, garums 180mm          | gab.       | 2                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Kņiebšanas virsmas platums 3.0mm, garums 180mm          | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Kņiebšanas virsmas platums 4.0mm, garums 180mm          | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Kņiebšanas virsmas platums 5.0mm, garums 180mm          | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Kņiebšanas virsmas platums 6.0mm, garums 180mm          | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Kņiebšanas virsmas platums 2.5mm, garums 200mm          | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Kņiebšanas virsmas platums 5.0mm, garums 200mm          | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: Disksektoms taisns, izjaucams, darba virsma ar oglekļa pārklājumu diam.   | Diametrs 1.5mm, garums 180mm                            | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Diametrs 2.0mm, garums 180mm                            | gab.       | 2                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Diametrs 3.0mm, garums 180mm                            | gab.       | 2                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| Diametrs 4.0mm, garums 180mm | gab.                   |  | 1   |            |                             |                                     |                     |  |                                     |   |
| 8.                           | Retraktor sistēmas     | Indikācijas: Spogulis ar oglekļa pārklājumu-meln. Savietojama ar CASPAR retraktor sistēmu.   | Diametrs 5.0mm, garums 180mm                            | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Spogulis 45 mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Spogulis 60 mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: Retraktora lāpstīņa, laterālā, ar oglekļa pārklājumu-melna. Savietojama ar CASPAR retraktor sistēmu.  | Spogulis 85 mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Lāpstīņa 45 mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        |  | Lāpstīņa 60 mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 9.                           | Stieplu turētājs       | Indikācijas: Darba virsma smalki rievota ar volframa-karbidu pārklājumu.   | Garums 150 mm   | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
|                              |                        | Indikācijas: Darba virsma smalki rievota ar volframa-karbidu pārklājumu, gals taisni nošēģelts.  | Garums 150mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 10.                          | Kaulu elevators        | Indikācijas: Kaulu elevators   | Darba virsma 17mm, garums 240mm                         | gab.       | 2                           |                                     |                     |  |                                     |   |
| 11.                          | Spaiķes                | Indikācijas: Patella, darba virsma - dubult divzobis, ar fiksatoru   | Garums 185mm  | gab.       | 1                           |                                     |                     |  |                                     |   |

|     |          |                     |   |   |      |     |  |  |  |                       |      |
|-----|----------|---------------------|---|---|------|-----|--|--|--|-----------------------|------|
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Retraktors MIOS HIP tipa, gals ass.   | Darba virsma 90° izliekums, garums 28mm               | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Retraktors MIOS HIP tipa, gals atzarojas V-veidā.   | Darba virsma 90° izliekums, garums 240mm              | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          |                     |   | Darba virsma 90° izliekums, garums 300mm              | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Retraktors OPPEL tipa.  | Darba virsma 45° izliekums, plātums 2mm, garums 230mm | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Cervikālaisretraktors „Casper” tipa šķēsvirziņa pamatne, darba virsma lokana ar divām enģēm.  |   | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Retraktors LANE tipa  | 13mm x19mm  | gab. | 2   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Kaulu turēšanai FARABEUUF tipa.   | Darba virsma 11mm, garums 255mm                       | gab. | 2   |  |  |  |                       |      |
| 12. | Stieples | <b>Indikācijas:</b> | Zāģis - amputācijām, stieples, 6 savīti vadi, stiprināms Džilli tipa rokturos.  | Garums 500mm  | gab. | 200 |  |  |  |                       |      |
| 13. | Šķēres   | <b>Indikācijas:</b> | Kirurģiskās šķēres, taisnas, asmeņi truliem galiem.   | Garums 145mm  | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Kirurģiskās šķēres, liektas, asmeņi truliem galiem.   | Garums 145mm  | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Mikro grieznes disekcijām, darba virsma liekta, viens asmens ar pogu zondes galu otrs smaļs, rokturis ergonomiski iepakš ar atsperes mehānismu. | Garums 180mm  | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
| 14. | Zondes   | <b>Indikācijas:</b> | Zonde DOYEN tipa, liekta.   | Garums 145mm  | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Pogu zonde CASPAR tipa darba virsma īsa 900.  | Garums 245mm  | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Pogu zonde CASPAR tipa darba virsma vidēji gara 900.  | Garums 245mm  | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          | <b>Indikācijas:</b> | Pogu zonde CASPAR tipa darba virsma gara 900.   | Garums 245mm  | gab. | 1   |  |  |  |                       |      |
|     |          |                     |   |   |      |     |  |  |  | KOPĀ 3 gadiem bez PVN | 0.00 |
|     |          |                     |   |   |      |     |  |  |  | PVN (12%)             | 0.00 |
|     |          |                     |   |   |      |     |  |  |  | KOPĀ 3 gadiem bez PVN | 0.00 |

#### VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

- Instrumenti ir jauni, nelietoti, iepakoti oriģinālā iepakojumā - izgatavoti specializētā medicīnisko instrumentu uzņēmuma ražotnē atbilstoši valsts un starptautisko normatīvo aktu prasībām un standartiem. Ražotāja garantija ne mazākai kā 24 mēneši.
- Instrumenti izgatavoti no augstvērtīga materiāla ar šādām īpašībām: nerūsējošā metāla.
  - Paredzēti daudzkārtējai lietošanai – apstrādei ar visa veida dezinfekcijas līdzekļiem, pakļaujama sterilizācijas procesa augstas temperatūras tvaika apstākļos, atbilstoši medicīnisko instrumentu sterilizācijas noteikumiem. Paredzēti ne mazāk kā 5000
  - Instrumenti no gaismu neatstarojoša materiāla. Virsma nedrīkst būt ar pārklājuma atslāņošanas un porām, plaisām, rievām, posas paliekām, tā nedrīkst būt dekarbonizēta, uz tās nedrīkst būt taukskābes, kā arī abrazīvu un pulēšanas līdzekļu paliekas. Apdare

Uzņēmums  
Amats  
Paraksts  
Datums