

„Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām”,
Identifikācijas Nr. LRS 2017/2
Iepirkuma pretendentiem

Jautājumi, atbildes un skaidrojumi

16.02.2017.

1.jautājums

Tehn.fin. piedāvājuma tabulā ir norādīts iesniedzamo paraugu skaits, vai ar to ir jāsaprot, ka automātiski ar piedāvājuma iesniegšanu ir jāiesniedz norādītais skaits paraugu vai arī tie būs jāiesniedz tikai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma?

Atbilde 1.jautājums

Atbilstoši nolikuma 15.1.punktam, Pretendents **kopā ar tehnisko piedāvājumu iesniedz preču paraugus, kuri norādīti Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā kolonā Paraugu skaits (nolikuma 3.pielikums MS Excel izklājlapā).**

Nepieciešamības gadījumā, lai izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārlicinātos par preču atbilstību tās pielietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs papildus pieprasīt iesniegt paraugus. Atbilstoši nolikuma 15.2.punktam tie jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

2.jautājums

Vai ir pieļaujams, ka, aizpildot tehn.fin. piedāvājuma tabulu, norādīt preču grupas un produktu kodu intervālus. Piemēram, varam piedāvāt pozīciju, kurā ir 30 preču kodi, vai ir iespējams norādīt intervālu: kods A – kods Z?

Atbilde 2.jautājums

Norādīt preču grupas un produktu kodu intervālus pieļaujams, ja piedāvājumā tiek piedāvāti **pilnīgi visi attiecīgajā intervālā ietilpstošie produkti.**

3.jautājums

Kāda informācija norādāma tehn.fin.piedāvājuma tabulas ailītē “piedāvātās preces apraksts”? Vai pietiek norādīt vārdus “Atbilst”, “Neatbilst”? Vai jāievieto pilns preces apraksts.

Atbilde 3.jautājums

Tehniskās specifikācijās – finanšu piedāvājuma kolonā Nr.8 “Piedāvātās preces apraksts” pretendents norāda precīzu sava piedāvājuma aprakstu, norādot konkrētus parametrus. Nepietiek norādīt vārdus “Atbilst”, “Neatbilst” vai tml.

4.jautājums

Lūdzu, norādiet prasības 101.pozīcijā " Angiogrāfijas komplekts" iepirkumu:
Instrumenta galda pārklāja izmērs: **vismaz** 100x150 cm un **vismaz** 150x150 cm
Absorbējošs pārklāja izmērs: **vismaz** 56x80 cm
Pārklāja, ar pašlīpošu malu, izmērs: 50x50 cm
Angiogrāfijas pārklāja, ar divām atverēm, izmērs: **230-240 x 350-370** cm (atvares izmērs 7x10 cm)
divi dvieļi: **vismaz** 19x25 cm

Atbilde 4.jautājums

Pozīcijā Nr. 101 *Angiogrāfijas komplekts* veļa paredzēta lietošanai angiogrāfijas iekārtā ALLURA XPER FD 20 (2006.gads) un norādītie izmēri veļai ir minimālie izmēri, lai nodrošinātu tās maksimāli funkcionālu pielietojumu tai paredzētajam mērķim.

Pieļaujamā izmēru novize ne vairāk ka + 5 cm, izņemot Angiogrāfijas pārklāja atvares izmērs 7x10 cm bez nobīdēm.

5.jautājums

Ja pretendents līdz šim ir nodrošinājis Pasūtītāju ar atklātā konkursā ietvertajām medicīnas precēm, līdz ar to pasūtītājam ir iespēja jebkurā brīdī pārbaudīt preču kvalitāti un to atbilstību atklāta konkursa tehniskajai specifikācijai, vai ir iespējams paaugus neiesniegt, ja attiecīgā prece jau ir pieejama Pasūtītājam.

Atbilde 5.jautājums

Ja pretendents ir nodrošinājis Pasūtītāju ar iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un uz vērtēšanas brīdi tā Pasūtītājam ir pieejama, pretendents kopā ar piedāvājumu var neiesniegt preces paraugu, taču pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, ir tiesīgs saņemt paraugu pēc pieprasījuma nekavējoties.

6.jautājums

Vai Pretendenta pieredzes aprakstā (2.pielikums) tiešām jāuzskaita visas preces, kas tiek piedāvātas līguma ietvros, kā arī, vai nepieciešams preces raksturojums, kas raksturojumā jānorāda?

Atbilde 6.jautājums

Pretendents savā pieredzes aprakstā norāda savu pieredzi iepirkuma priekšmetā norādīto preču piegādē. Aprakstā jāietver visas tās preču pozīcijas, kuras Pretendents ir norādījis savā piedāvājumā. Minimālās prasības preces īsam raksturojumam ietver preces nosaukumu.

7.jautājums

Vai nepieciešams iesniegt ražotāja apliecinājumu, ka prece atbilst ES prasībām, ja tiek iesniegti CE sertifikāti un Declaration of Conformity? Šie dokumenti apliecina, ka prece atbilst visām ES prasībām.

Atbilde 7.jautājums

Saskaņā ar nolikuma 13.2.6.punktu, Pretendentiem jāiesniedz dokumenti, kas apliecina viņu atbilstību nolikuma 13.1.8.punkta prasībām - atbilstība Eiropas Padomes Medicīnas iekārtu direktīvas MMD 93/42/EEC prasībām, t.sk. Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām (marķējums ar CE zīmi). Pretendentam obligāti jāiesniedz CE zīmi ar atbilstības deklarāciju (kopija) un CE sertifikātu (kopija) par visām piedāvājumā ietvertām pozīcijām.

8.jautājums

Pozīc. Nr. 102 Halāts angiogrāfijai. Vienreizlietojams. Materiāls: Poliesters.

Lūdzam pārbaudīt, vai halāta materiāls ir norādīts pareizi. Mūsaprāt, vienreizējas lietošanas halāts nevar būt no poliestera.

Atbilde 8.jautājums

Poz.Nr. 102 materiāls - Poliesters ir halāta roku aprocēm. Paša halāta materiālam jāatbilst preču aprakstā minētajam - *Sterils, šķidrumu atgrūdošs, maigs, elpojošs, nerada statisko elektrību, sienams aizmugurē.*